

Inyector corporal Neulasta®

La quimioterapia puede dificultar que su organismo combata las infecciones. Neulasta® ayuda a su cuerpo a formar glóbulos blancos que combaten las infecciones. El nombre genérico para esta medicina es pegfilgrastim.

¿Cómo funciona?

Usted toma Neulasta después de la quimioterapia por medio de un dispositivo que se adhiere a su cuerpo. El dispositivo se llama inyector corporal (OBI, por sus siglas en inglés).



Por favor, observe ese video con detalles importantes acerca del OBI Neulasta:

<https://www.neulasta.com/en-espanol>. Desplácese hasta abajo en el video a mitad de la página.

Sus médicos oncólogos colocarán el OBI en su sitio antes de que usted regrese a su casa. Compruebe el indicador de la luz antes que el OBI empiece a administrarle el medicamento. La luz verde debería estar parpadeando lentamente. El OBI empezará a administrarle el medicamento aproximadamente 27 horas después de haber sido colocado.

Puede esperar que el OBI **COMIENZE** *alrededor* de este tiempo:

Fecha: _____

Hora: _____ a.m. p.m

Puede esperar que el OBI **TERMINE** *alrededor* de este tiempo:

Fecha: _____

Hora: _____ a.m. p.m

Se necesitan 45 minutos para que el medicamento termine de administrarse. Después de eso, asegúrese de que el parche adhesivo esté seco y que la línea en el indicador de nivel de llenado marque vacío. Siga las instrucciones en el video para retirar y descartar el OBI.

Por favor no viaje, maneje ni opere maquinaria pesada durante este tiempo.

- Una hora antes de que empiece el OBI
- Mientras el OBI está en funcionamiento
- Una hora después de que el OBI termine de administrar el medicamento

Precauciones mientras usa el OBI

- **No se haga una resonancia, tomografía, ultrasonido o radiografía.**
- Tenga cuidado de no golpear el OBI ni de desprenderlo de su cuerpo.
- No duerma encima del OBI.
- Use ropa holgada sobre el OBI.
- Mantenga el OBI por lo menos a 4 pulgadas de distancia de teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos y hornos microondas.
- Evite los baños de tina caliente, hidromasaje y saunas.

Preste atención a estas señales

Preste atención a estas señales que indican que hay un problema:

- La luz parpadea en rojo.
- El OBI gotea. Unas cuantas gotas de líquido en su piel es normal **después** de retirar el OBI.
- El parche adhesivo está húmedo.
- El OBI se desprende.
- La línea negra en el indicador de nivel de llenado no marca vacío cuando el OBI termina de administrar el medicamento.

Si hay un problema

Si el OBI tiene un problema, llame a sus médicos oncólogos de inmediato. Es probable que tenga que regresar al Instituto del Cáncer Huntsman para recibir una inyección de reemplazo. Traiga de regreso el OBI defectuoso a su próxima visita a la clínica.

¿Preguntas?

Comuníquese con su equipo de atención del cáncer a través de MyChart o llame a _____.

En caso de emergencia, llame al 911 o diríjase al departamento de emergencias más cercano.